



GDDKiA

Natalia Stefaniuk - Dziuban
Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Technologii

Warszawa dnia 02.10.2015 r.

O.WA.D-3.241.64.2015.AZ. 158.2015

Do wszystkich zainteresowanych
Postępowanie nr GDDKiA.O.WA.D-3.241.64.2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Zakup i dostawę aparatury kontrolnej i badawczej do Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie z siedzibą w m. Opacz Kolonia ul. Środkowa 35C, w podziale na 9 zadań**”.

PYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI oraz ZMIANA NR 1 TREŚCI SIWZ

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie (dalej „Zamawiający”) działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz zapisem pkt 9 Instrukcji dla Wykonawców Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), przekazuje treść zapytania, które wpłynęło w formie pisemnej wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do sprawy jw. informuję, że nie ma termohigrometrów o zakresie 20% do 1000% RH (p. 11 opisu przedmiotu zamówienia zad. 4). Wydaje mi się to pomyłką - proszę o wyjaśnienie. Możemy zaoferować 20...99 % RH (w zakresie 15...+50 °C). Ponadto ze względu na proces wzorcowania nie możemy dotrzymać terminu 30 dni realizacji - bezpiecznym będzie termin 60 dni. Czy jest to dopuszczalne?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w zakresie Zadania 4 wydłużając termin realizacji do maksymalnie 45 dni od daty podpisania umowy oraz akceptując zakres pomiaru wilgotności termohigrometrów w przedziale: 20% do 99% RH (wzorcowanie w zakresie temperatur 15°C +50 °C).

Patrz zmiana nr 1 treści SIWZ.

ZMIANA NR 1 TREŚCI SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”):

1. Dotyczy: Tom III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZADANIE 4 Termohigrometry naścienne:

1) Istniejący zapis pkt. 8

Termin realizacji: maksymalnie 30 dni od daty podpisania umowy.

Otrzymuje brzmienie:

Termin realizacji: maksymalnie 45 dni od daty podpisania umowy.

2) Istniejący zapis pkt. 11 lit. a)

- Zakres pomiaru wilgotności: 20% do 1000% RH

Otrzymuje brzmienie:

- **Zakres pomiaru wilgotności: 20% do 99% RH (wzorcowane w zakresie temperatur 15°C +50 °C).**

2. Dotyczy: TOM I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI pkt. 5.5. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tiret 5:

Istniejący zapis

Zadanie 4 – 30 dni od daty podpisania umowy.

Otrzymuje brzmienie:

Zadanie 4 – 45 dni od daty podpisania umowy.

3. Dotyczy: TOM I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI, Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW), pkt. 14. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, ppkt. 14.1.2. Kryterium „Termin dostawy” będzie rozpatrywany na podstawie terminu dostawy zaoferowanego przez Wykonawcę w pkt. 3 Formularza 2.1. – OFERTA dla zadania na które składa ofertę, Najdłuższy możliwy termin dostawy wymagany przez Zamawiającego, tiret 4:

Istniejący zapis

Zadanie 4 – 30 dni od daty podpisania umowy.

Otrzymuje brzmienie:

Zadanie 4 – 45 dni od daty podpisania umowy.

4. Dotyczy: TOM I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI, Rozdział 2 Formularz „Oferta” (Formularz Oferty i Formularze załączników do oferty), Formularz 2.1. Formularz „Oferta”; pkt. 3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto w zakresie: Zadanie nr 4:

Istniejący zapis

- OFERUJEMY termin dostawy dni.

(Powyższy termin Wykonawca określa w przedziale 15-30 dni)

Otrzymuje brzmienie:

- OFERUJEMY termin dostawy dni.

(Powyższy termin Wykonawca określa w przedziale 15-45 dni)

5. Dotyczy: TOM I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI, Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW) pkt. 6 Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny ich spełniania, ppkt. 6.2. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, Zadanie 9:

Istniejący zapis

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu), w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednego zadania obejmującego dostawę sprzętu laboratoryjnego do laboratorium badawczego.

Otrzymuje brzmienie:

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednego zadania obejmującego dostawę sprzętu laboratoryjnego do laboratorium badawczego.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie informuje, że **przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dn. 07.10.2015 r.** Godziny i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Sprawę prowadzi: Agata Zielińska
tel. 0 22 209 23 61 fax. 0 22 209 24 74
e-mail: agzielińska@gddkia.gov.pl

Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Zarządzania Inżynierii i Mostami

mgr inż. Leszek Sekulski

e-mail: sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie

ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
tel.: (022) 209 25 01, (22) 209 25 02
fax: (022) 698 60 45