

## **Wszyscy Wykonawcy**

dotyczy postępowania nr: **GDDKiA/O-PO/R-2/122/2013** „Wzorcowanie sprzętu laboratoryjnego w zakresie siły”

### **WYJAŚNIENIA NA PYTANIA**

W związku z pytaniami od Wykonawców Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: (treść pytań zgodna z oryginałem wystąpienia Wykonawcy)

#### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuszcza świadectwa GUM w przypadku wzorcowania siłomierzy kontrolnych?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający akceptuje świadectwa wzorcowania wystawiane przez GUM.

#### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji wzorcowania siłomierzy kontrolnych do 31 stycznia 2013?


Z informacji uzyskanych z GUM wynika, iż do końca roku (czyli do 31.12.2013 r.) stanowisko do wzorcowania siłomierzy kontrolnych o zakresie 150 -3000kN przystosowane jest do wzorcowania siłomierzy sprawdzających siły rozciągające i nie ma fizycznej możliwości wykonania wzorcowania siłomierzy działających w kierunku ściskania. Wzorcowanie siłomierzy w kierunku ściskania będzie możliwe od stycznia 2014 roku.

GUM jest jedyną instytucją w Polsce posiadającą uprawnienia do wzorcowania siłomierzy kontrolnych o zakresie pomiarowym do 3000kN.

#### **Odpowiedź**

W związku z faktem, że stanowisko do wzorcowania siłomierzy kontrolnych w GUM nie ma możliwości fizycznej do wykonania wzorcowania zgodnie z podanym terminem w umowie, GDDKiA O/PO wprowadza zmianę i wycofuje 2 ostatnie pozycje z wykazu sprzętu. Zmodyfikowane dokumenty (Wykaz sprzętu i Kosztorys ofertowy) zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Z upoważnienia Dyrektora

  
Naczelnik  
Wydziału Zamówień Publicznych  
mgr inż. Lucja Algusiewicz