GDDKiA
Natalia Stefaniuk - Dziuban
Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Technologii

Warszawa 26.07.2018

Numer pisma: O.WA.D-3.241.45.2018.mb. 504 .2018

Wszyscy Wykonawcy

Sprawa Nr GDDKiA.O.WA.D-3.241.45.2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Zakup i dostawa urządzeń laboratoryjnych dla WT-LD GDDKiA O/Warszawa, WT-LD GDDKiA O/Opole, WT-LD GDDKiA O/Lublin, WT-LD GDDKiA O/Bydgoszcz, WT-LD GDDKiA O/Gdańsk, WT-LD O/Szczecin w podziale na 3 zadania:**

Zadanie 1 – Wiertnica hydrauliczna w formie przyczepy (wiertnica drogowa) – 3 szt., po 1 szt. dla WT-LD GDDKiA O/Warszawa, WT-LD GDDKiA O/Opole, WT-LD GDDKiA O/Lublin;

Zadanie 2 – Aparat do badania nośności płytą statyczną VSS – 4 szt., po 1 szt. dla WT-LD GDDKiA O/Warszawa, WT-LD GDDKiA O/Bydgoszcz, WT-LD GDDKiA O/Gdańsk, WT-LD O/Szczecin;

Zadanie 3 – Płyta do fraassa – 1 szt. dla WT-LD GDDKiA O/Warszawa"

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz Zmiana treści SIWZ nr 1

Szanowni Państwo,

Zamawiający **działając w trybie art. 38 ust. 2 i art. 38 ust. 4** ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SIWZ nr 1.

Pytanie 1
Dotyczy zadania 2 (opisu wersji 1- i 3-punktowej VSS): Prosimy o usunięcie z opisu wymogu dotyczącego zakresu ciśnień w bar na skali manometru pomiarowego. Aktualny zapis jest bardzo szczegółowy, nie pozostawia wymaganych ustawą żadnych przedziałów, albo np. zapisu „minimum 288 bar" i dodatkowo wskazuje konkretnego producenta, który stosuje wskazany zakres ciśnień oleju w siłomierzu. Chcemy także dodać, że zakres ciśnienia oleju w siłomierzu w żaden sposób nie wpływa na pomiar, jego dokładność lub wynik i nie jest elementem mierzonym przez użytkownika. Podczas pomiaru operator wykorzystuje wyłącznie skalę w MPa nacisku płyty na badane podłoże, natomiast ciśnienie hydrauliczne w układzie niezbędne do wygenerowania żądanego nacisku jest rzeczą wtórną i nie ma żadnego wpływu na przebieg badania oraz wynik. Natomiast różni producenci stosują różne siłowniki , które mają inne ciśnienie przy konkretnej sile. Dodatkowo, specyfikacja nie precyzuje do czego odnosić ma się skala w MPa?

Odpowiedź
Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 1 poz. 1.

Pytanie 2
Dotyczy zadania 2 (opisu wersji 3-punktowej VSS): Prosimy o sprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „mostek pomiarowy z aluminium z przedłużanym ramieniem pomiarowym"?

Odpowiedź
Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 1 poz. 1.

Pytanie 3
Dotyczy zadania 1: Czy napęd wiertnicy jest dopuszczalny hydrauliczny z płynną regulacją obrotów?

Odpowiedź
Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 1 poz. 1.

Pytanie 4

Dotyczy zadania 1: Czy masa całkowita może wynosić 1350kg?".

Odpowiedź
Zgodnie z zapisami OPZ dopuszczalna masa całkowita powinna wynosić max. 1170 kg.

Pytanie 5
Dotyczy płyty 1 czujnikowej i 3 czujnikowej: Czy Zamawiający dopuści płytę o manometrze średnicy 160mm z podziałką w MPa i barach. Skala w MPA 0-0,8MPA skala w barach 0-250 bara co wynika bezpośrednio z powierzchni cylindra (22,9cm^2)?

Odpowiedź
Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ. Patrz zmiana SIWZ nr 1 poz. 1.

Pytanie 6
Dotyczy płyty jednoczujnikowej: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z pomiarem pośrednim - czujnik na tylnym końcu mostu (stosunek 2: 1) zamiast pomiaru bezpośredniego – czujnik z przodu belki?

Odpowiedź
Zgodnie z zapisami OPZ, Zamawiający wymaga aby czujnik cyfrowy mierzył odkształcenie w centralnym punkcie obciążenia, osiadał wraz z płytą i był umieszczony na ramie po stronie płyty.

Pytanie 7
Dotyczy płyty jednoczujnikowej: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze około 41kg (bez skrzyń transportowych)?

Odpowiedź
Zgodnie z zapisami OPZ, Zamawiający wymaga urządzenia o wadze ok 55 kg bez skrzyń transportowych.

Pytanie 8
Dotyczy płyty trójczujnikowej: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze około 50kg +-2kg (bez skrzyń transportowych)?

Odpowiedź
Zgodnie z zapisami OPZ, Zamawiający wymaga urządzenia o wadze min. 50 kg bez skrzyń transportowych.

Zmiana treści SIWZ nr 1

Poz. 1.
Zmiana dotyczy: Tom III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Istniejący „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA" zastępuje się nowym „OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZE ZMIANAMI"

W związku z dokonaną zmianą treści SIWZ działając w trybie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że **przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 01-08-2018 r.** Godziny i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z-ca Dyrektora Oddziału
ds. Technologii
Natalia Stefaniuk-Dziuban

Załącznik:
„OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZE ZMIANAMI"

Sprawę prowadzi: Monika Bogusz
tel. 0 22 209 23 91 fax. 0 22 810 94 13
e-mail: mbogusz@gddkia.gov.pl