

## **Wszyscy Wykonawcy**

Nr ref. GDDKiA/O-PO/D-3/63/2014 „Wzorcowanie sprzętu laboratoryjnego”

### **WYJAŚNIENIA NA PYTANIA**

W związku z pytaniami od Wykonawców Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: (treść pytań zgodna z oryginałem wystąpienia Wykonawcy)

#### **Pytanie 3**

W specyfikacji sprzętu do Zadania II (Załącznik 4) pod pozycją 45 i 46 umieszczone są koleinomierze, w odniesieniu do których Zamawiający oczekuje wzorcowania skoku”  $410\text{mm} \pm 5$ .

Czy Zamawiający zaakceptuje ofertę, w której powyższa wielkość będzie wzorcowana przez laboratorium wzorcujące poza zakresem akredytacji PCA?

Wg posiadanej przez nas wiedzy w Polsce nie ma laboratoriów, które mogłyby przeprowadzić powyższe wzorcowanie w ramach posiadanej akredytacji.

#### **Wyjaśnienia**

Zamawiający wyraża zgodę na pomiar wielkości fizycznej-długości bez świadectwa wzorcowania, jednak ze świadectwem sprawdzenia.

Laboratorium dokonujące sprawdzenia powinno mieć procedurę do pomiaru poziomych długości liniowych i wykorzystać do pomiaru wzorcowany przymiar liniowy lub suwmiarkę pozwalającą na otrzymanie wyniku pomiaru z dokładnością wskazaną w specyfikacji przetargowej. Wyposażenie pomiarowe powinno posiadać aktualne świadectwo wzorcowania.

  
DYREKTOR ODDZIAŁU  
mgr inż. Ryszard Sikora