

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy postępowania:

nr GDDKiA/O-PO/R-2/113/2012 „Wzorcowanie sprzętu laboratoryjnego w zakresie siły i masy”

WYJAŚNIENIA NA PYTANIA

W związku z pytaniami od Wykonawców Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
(treść pytań zgodna z oryginałem wystąpienia Wykonawcy)

Dotyczy Zadanie II – wzorcowanie sprzętu laboratoryjnego w zakresie masy – 39 szt., oraz wzorcowanie sprzętu laboratoryjnego wzorce masy – 8 szt.

Pytanie 3

Czy wagi przed przystąpieniem do wzorcowania mają zostać przygotowane do wzorcowania?

Wyjaśnienie

Wagi zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” dla Zadania II powinny zostać przygotowane do wzorcowania.

Pytanie 4

Co ma obejmować przygotowanie do wzorcowania wag?

Wyjaśnienie

Przygotowanie do wzorcowania obejmuje:


- sprawdzenie czy są kompletne i nieuszkodzone,
- oczyszczone z zabrudzeń (zewnętrznie i wewnątrz),
- sprawdzenie wskazań wagi wzorcami masy.

Pytanie 5

Czy na czas przygotowania do wzorcowania firma wykonująca usługę ma udostępnić wagi zastępcze?

Wyjaśnienie

Na czas przygotowania do wzorcowania i wzorcowania nie ma konieczności udostępniania wag zastępczych (usługa powinna być realizowana etapami).

Z upoważnienia Dyrektora

Naczelnik
Wydziału Zamówień Publicznych
mgr inż. Lucja Alguśiewicz