



**Wydział Technologii
i Jakości Budowy Dróg
Laboratorium Drogowe**

Jaworzno, dn. 16.09.2020 r.

Znak sprawy: O.KA.D-2.2415.88.2020.jt

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Dot.: postępowania „Zakup drobnego sprzętu pomocniczego dla poszczególnych Zespołów Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium drogowego Oddziału GDDKiA w Katowicach.”

Pytanie nr 1.

Do cz.1 – Laboratoryjny sekundomierz mechaniczny

Czy Zamawiający zaakceptuje stoper bez pudełka drewnianego lub plastikowego?

Odpowiedź

Laboratoryjny sekundomierz mechaniczny powinien posiadać pudełko lub opakowanie, które umożliwia jego przechowywanie.

Pytanie nr 2.

Do cz. 2 – Waga laboratoryjna elektroniczna

Czy Zamawiający dopuści wagę z poziomowaniem manualnym (regulacja poprzez obracanie nóżkami wagi)?

Odpowiedź

Tak, pod warunkiem wyposażenia wagi w poziomnicę zamontowaną w korpusie wagi.

NACZELNIK
Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg
- Laboratorium Drogowego
mgr inż. Przemysław Juszczyk