

Rzeszów, 21 października 2014r.

**Szanowni Państwo
Wszyscy Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

GDDKiA O/Rz-D3-284/R/211/2014

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu laboratoryjnego oraz fabrycznie nowych urządzeń i akcesoriów niezbędnych do wykonywania badań

I. Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz pkt 18.5 Instrukcji dla Wykonawców (IDW) SIWZ przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Bardzo proszę o udostępnienie załączników i formularzy w formie edytowalnej.

Wyjaśnienie 1:

Zamawiający udostępnia Formularz „Oferta” wraz z formularzami cenowymi oraz pozostałymi formularzami w wersji edytowalnej. Zarazem Zamawiający zaznacza, że wersję edytowalną należy traktować jedynie, jako materiał pomocniczy, a **wersją obowiązującą jest wersja w PDF** zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce dotyczącej przedmiotowego zamówienia publicznego.

Pytanie 2:

Część nr 2

Proszę o sprostowanie czy oferta ma zawierać formy Marshalla z podstawami i nadstawkami czy same formy? Jeśli w ofercie mają być podstawy i nadstawki to proszę o podanie wymaganej ilości.

Wyjaśnienie 2:

Oferta ma zawierać same formy Marshalla.

Pytanie 3:

Część nr 2

Czy oferowane formy Marshalla mają posiadać perforację w postaci 24 o średnicy 2 mm rozmieszczonych równomiernie na poboczniczy formy?

Wyjaśnienie 3:

Oferowane formy mają być bez perforacji.

Pytanie 4:

Część nr 2

Czy w komplecie świdra okienkowego ręcznego ma znajdować się również pokrętło?

Wyjaśnienie 4:

Komplet ma być bez pokrętła.

Pytanie 5:

Część nr 2

Wymiary skrzydełek końcówek krzyżakowych powinny mieć stosunek 2:1. W związku proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie krzyżaka o wymiarach 80x160 mm zamiast podanego w specyfikacji krzyżaka 80x120 mm. W przypadku odpowiedzi odmownej proszę o uzasadnienie.

Wyjaśnienie 5:

Zamawiający dopuszcza wymiary krzyżaka **80X160mm** zamiast 80X120mm. Zamawiający dokonuje zmiany w tym zakresie.

Pytanie 6:

Cześć nr 10

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na urządzenie posiadające jedynie świadectwo wzorcowania siły rozciągania wystawione przez Producenta?

Wyjaśnienie 6:

Tak, Zamawiający dopuszcza złożenie takiej oferty. Zamawiający dokonuje zmiany w tym zakresie.

Pytanie 7:

Cześć nr 10

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na urządzenie posiadające jedynie świadectwo wzorcowania pomiaru odległości rozciągania wystawione przez Producenta?

Wyjaśnienie 7:

Tak, Zamawiający dopuszcza złożenie takiej oferty. Zamawiający dokonuje zmiany w tym zakresie.

Pytanie 8:

Cześć nr 13

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 13-17 tygodni od momentu podpisania umowy?

Wyjaśnienie 8:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji.

Pytanie 9:

Cześć nr 14

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 8 tygodni od momentu podpisania umowy?

Wyjaśnienie 9:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji.

Pytanie 10:

Cześć nr 7

Prosimy o uściślenie liczby wiertel oraz ich średnice w celu przedstawienia Państwu oferty.

Wyjaśnienie 10:

Zamawiający wymaga wiertel w ilości przedstawionej w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Odnosnie średnicy wiertel, najważniejszym parametrem jest średnica wewnętrzna po wycięciu próbki.

II. Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp: oraz pkt 18.7 Instrukcji dla Wykonawców (IDW) SIWZ informuje o dokonaniu następujących zmian treści SIWZ:

- 1. Zmiana nr 1 dotyczy Części nr 2, formularza 2.1.2 Formularz cenowy, Lp. 2, kolumna „Zapotrzebowanie”**

istniejący zapis:

- Komplet końcówek do sondy SLVT
- 200 x 100 mm - dla gruntów bardzo słabych
 - 80 x 40 mm - dla gruntów twardoplastycznych
 - 120 x 60 mm
 - **80 x 120 mm**

SLVT- stożkowo krzyżakowa, wymiary krzyżaka: 80x40mm

zastępuje się następującym:

- Komplet końcówek do sondy SLVT
- 200 x 100 mm - dla gruntów bardzo słabych
 - 80 x 40 mm - dla gruntów twardoplastycznych
 - 120 x 60 mm
 - **80 x 160 mm**

SLVT- stożkowo krzyżakowa, wymiary krzyżaka: 80x40mm

2. Zmiana nr 2 dotyczy Części nr 2, Opisu Przedmiotu Zamówienia, Lp. 2, kolumna „Charakterystyka(wymagania minimalne)”

istniejący zapis:

Komplet końcówek do sondy SLVT

- 200 x 100 mm - dla gruntów bardzo słabych
- 80 x 40 mm - dla gruntów twardoplastycznych
 - 120 x 60 mm
 - **80 x 120 mm**

SLVT- stożkowo krzyżakowa, wymiary krzyżaka: 80x40mm

zastępuje się następującym:

Komplet końcówek do sondy SLVT

- 200 x 100 mm - dla gruntów bardzo słabych
- 80 x 40 mm - dla gruntów twardoplastycznych
 - 120 x 60 mm
 - **80 x 160 mm**

SLVT- stożkowo krzyżakowa, wymiary krzyżaka: 80x40mm

3. Zmiana nr 3 dotyczy Części nr 10, Opisu Przedmiotu Zamówienia, Lp. 8, kolumna „Wyszczególnienie”

istniejący zapis:

Świadectwo wzorcowania siły rozciągania próbki w zakresie 0 – 300 N, wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące.

zastępuje się następującym:

Świadectwo wzorcowania siły rozciągania próbki w zakresie 0 – 300 N, wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące lub wystawione przez Producenta.


4. Zmiana nr 4 dotyczy Części nr 10, Opisu Przedmiotu Zamówienia, Lp. 9, kolumna „Wyszczególnienie”

istniejący zapis:

Świadectwo wzorcowania pomiaru odległości rozciągnięcia próbki, wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące w zakresie 0 – 1500 mm.

zastępuje się następującym:

Świadectwo wzorcowania pomiaru odległości rozciągnięcia próbki, wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące w zakresie 0 – 1500 mm lub wystawione przez Producenta.

Z-ca DYREKTOR (ODZIASA)
mgr inż. 
mgr inż. Andrzej Karpiniak

Sprawę prowadzi:

Jolanta Rożek

tel.: (017) 853 40 71..74 wew. 256

e-mail: jrozek@gddkia.gov.pl