GDDKiA
Natalia Stefaniuk - Dziuban
Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Technologii

Warszawa dnia .... .06.2015 r.

O.WA.D-3.241.24.2015.AZ.517.2015

Do wszystkich zainteresowanych

Postępowanie nr GDDKiA.O.WA.D-3.241.42.2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej do Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie z siedzibą w m. Opacz Kolonia, ul. Środkowa 35C, z podziałem na 11 zadań".**

PYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie (dalej „Zamawiający")działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp" oraz zapisem pkt 9 Instrukcji dla Wykonawców Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), przekazuje treść zapytania, które wpłynęły w formie pisemnej wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 1. – dotyczy zadania nr 10
Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne oraz półki na próbki korpusu przyczepki do przechowywania betonu były wykonane ze stali nierdzewnej czy malowanej proszkowo?
Elementy wykonane ze stali nierdzewnej to korzystniejsze rozwiązanie, gdyż podczas użytkowania przyczepy istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo uszkodzenia lakierowanych powierzchni co w przyszłości będzie skutkowało korozją.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne oraz półki na próbki korpusu przyczepki do przechowywania betonu były wykonane ze stali nierdzewnej

Pytanie 2. – dotyczy zadania nr 6
W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wskazał konieczność dostarczenia „form precyzyjnych stalowych do betonu – wykonanych ze stali nierdzewnej".
Pragniemy zwrócić uwagę, iż formy do betonu wykonywane są ze stali wysokogatunkowej, ale nie nierdzewnej. Koszt wykonania jednej formy ze stali nierdzewnej byłby wielokrotnością kosztu formy standardowej ze względu na objętość materiału jaki jest do tego potrzebny.
Czy Zamawiający dopuści zoaferowanie form ze stali wysokogatunkowej, ale nie nierdzewnej?
Zamawiający wymaga, aby powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne oraz półki na próbki korpusu przyczepki do przechowywania betonu były wykonane ze stali nierdzewnej
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wykonanie form ze stali wysokogatunkowej.

Pytanie 3. – dotyczy zadania nr 1
Czy w zadaniu 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie połączenia kablowego lub połaczenia WiFi celem skopiowania wyników rejestracji z pamięci wewnętrznej miernika na dysk twardy komputera, zamiast zastosowania nośnika SD lub pendrive`a ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie połączenia kablowego lub połączenia WiFi celem skopiowania wyników rejestracji z pamięci wewnętrznej miernika na dysk twardy komputera, zamiast zastosowania nośnika SD lub pendrive'a z zastrzeżeniem konieczności dostarczenia min. 3 odbiorników WiFi do komputerów i zasięgu WiFi min. 40m. Dostarczenie w/w odbiorników powinno zostać wliczone w koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4. – dotyczy zadania nr 1
Czy komputer do obsługi rejestratorów jest stacjonarny czy jest to notebook? jaki jest system operacyjny na komputerze? Czy komputer ma zainstalowany pakiet MS OFFICE, a jeśli tak to jaką wersję."
Odpowiedź:
Rejestratory będą obsługiwane przez komputer stacjonarny z systemem operacyjnym Windows 7 Professional i pakietem MS OFFICE 2013.

Pytanie 5. – dotyczy zadania nr 7
Czy termohigrometry naścienne (Zadanie 7) mogą mieć zasilanie z sieci 230 V? Jaki wyświetlacz termohigromeru (LCD czy LED) jest preferowany przez Zamawiającego?"
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na termohigrometry naścienne z zasilaniem 230V, wyświetlacz LCD lub LED.

Pytanie 6. – dotyczy zadania nr 7
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie czy w zadaniu 7: "TermoHigrometry naścienne", dopuszczacie Państwo wzorcowanie przyrządu w Głównym Urzędzie Miar RP w standardowym zakresie tzn. w dwóch temperaturach ok. 23*C i około 35*C oraz w kilku punktach wilgotności względnej w zakresie od około 30% w.w do około 80% w.w. Wzorcowanie to byłoby zamiast wzorcowania podanego w SIWZ."
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie wzorcowania w standardowym zakresie GUM.

Pytanie 7. – dotyczy zadania nr 1
Zapis pamięć wewnętrzna min. 250 MB może być zastąpiona zapisem pamięć nieulotna typu flash o pojemności zapisu dla całego rejestratora 50 000 wyników rejestracji".
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie powyższej zmiany.

Pytanie 8. – dotyczy zadania nr 1
Czy przez zapis temperatury i cyklu badawczego należy rozumieć zapis temperatury z interwałem przykładowo 1 godzina przez okres na przykład 1 doby?
Odpowiedź:
Poprzez zapis: „zapis temperatury i cyklu badawczego...", Zamawiający rozumie zapis temperatury, minimum co 1 minutę (zgodnie z OPZ), przez zadany okres wynikający z czasu przewidzianego przez zastosowaną normę badawczą.

Pytanie 9. – dotyczy zadania nr 1
Stal nierdzewna obudowy czujnika temperatury dla Państwa zastosowań jest odpowiednia?"
Odpowiedź:

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie

ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
tel.: (022) 209 25 01, (22) 209 25 02
fax: (022) 698 60 45

e-mail: sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl

Stal nierdzewna jest odpowiednia do obudowy czujnika, z zastrzeżeniem, że musi być to stal odporna na korozję wżerową, spowodowaną agresywnym środowiskiem ze względu na wysokie stężenie jonów Cl-.

Pytanie 10. – dotyczy zadania nr 1
Czy do komputera stacjonarnego należy dostarczyć kartę WiFi podłączana przez USB? Jeśli tak to ile sztuk?"
Odpowiedź:
W przypadku zastosowania technologii połączenia Wi-Fi celem skopiowania wyników rejestracji z pamięci wewnętrznej miernika na dysk twardy komputera, zamiast zastosowania nośnika SD lub pendrive'a, do komputera stacjonarnego należy dostarczyć kartę Wi-Fi podłączana przez USB w ilości 3 szt.

Pytanie 11. – dotyczy zadania nr 1
Czy kabel od czujników temperatury ma być w osłonie teflonowej czy z gumy silikonowej?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza obydwa rozwiązania.

Pytanie 12. – dotyczy zadania nr 1
Czy należy rozumieć, że jeśli odczyt danych zaproponujemy poprzez WiFi to nie będzie wymagana dostawa zewnętrznego nośnika pamięci USB."
Odpowiedź:
W przypadku zastosowania technologii połączenia Wi-Fi celem skopiowania wyników rejestracji z pamięci wewnętrznej miernika na dysk twardy komputera, zamiast zastosowania nośnika SD lub pendrive'a, Zamawiający odstępuje od konieczności dostarczenia zewnętrznego nośnika pamięci.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w związku z udzielonymi odpowiedziami **przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dn. 02.07.2015 r.**
Godziny i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z-ca Dyrektora Oddziału
ds. Technologii
Natalia Stefaniuk-Dziuban

Sprawę prowadzi: Agata Zielińska
tel. 0 22 209 23 61 fax. 0 22 209 24 74
e-mail: agzielińska@gddkia.gov.pl